

Fecha Revisión: **11-08-23** | Remisión #: **192654** | Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Begojina** | No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: **NA 2864 B** | Fecha Inicio: **11-08-23** | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: **11-08-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FECHA	TIPO DE PLAGA				

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE				MATE (20-40)	MATEA (20-40)
					(20-40)	(20-40)	(20-40)									
	17360	6.5	95.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	X	Si	Cual?						
3. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala		
6. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		No					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	MANGERA TAMIZOS	2			
	MANGERAS TAJAJE OXIGENO	1			
	FILTRO DE AIRE LUTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fujo = 0 (Clase Fuérrato)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Fujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y SL-L0-E0)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE				MATE (20-40)	MATEA (20-40)
					(20-40)	(20-40)	(20-40)									
	17361	6.1	95.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado		
FIRMA MANTENIMIENTO																