

Fecha Remisión: <b>11-0823</b>	Remisión # <b>112654</b>	Auxiliar Mantenimiento: <b>Juan Diego Benjumea</b>	No. Orden: _____
--------------------------------	--------------------------	--	------------------

Código Equipo: <b>NN938B</b>	Fecha Inicio: <b>11-08-23</b>	Hora Inicio Labor: _____	Fecha Fin: <b>11-08-23</b>
------------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a F"					REJILLAS	FILTROS	MARE
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						
	1485765	950 g			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Cambio Alarma		No	X	SI	Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento:		NO						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fante	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO INTERNO DE Aire 1				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pulso # 2 (Carga fugitiva)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	ES
2	Pulso Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E1)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de flujo	Obstruir manguera de salida de aire de combustible	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a F"					REJILLAS	FILTROS	MARE
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						
	148596A	94.5			SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado		
FIRMA MANTENIMIENTO																