



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAD-MAN-FR-008  
Versión: 3  
Fecha Actualización: 11/10/2010  
Página 1 de 3

Fecha Reparación: 12-08-23  
Número: 192708  
Apellido Mantenimiento: Juan Diego Bonjumea  
No. Orden:

Código Equipo: NH-22723  
Fecha Inicio: 12-08-23  
Hora Inicio Labor:  
Fecha Fin: 14-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA  
SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CUANTIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPARADO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	EQUILIBRIO	PRECISION	CORRECCION	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
	1409164	946	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mfo
1. CICLADO		Fuerza de la pila		Dama de alarma		SI	SI	X	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo	
5. DATOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Bueno					7. ESTADO DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
-	Control Pila 3.0 V	Control correcto de la pila	SI
-	Prueba de fugas	Se verificó correcto funcionamiento del equipo	SI
-	Cable de electricidad	Se verificó las conexiones eléctricas del equipo	SI
-	Conexión electrónica	Se verificó las conexiones electrónicas del equipo	SI
-	Prueba de bomba	Se verificó correcto funcionamiento de la bomba	SI
-	Otro		
-	Otro		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO PILA	1			

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
-	Pila #1 (Carga completa)	Se verificó correcto funcionamiento de la pila	SI
-	Prueba de fugas	Se verificó correcto funcionamiento del equipo	SI
-	Desconexión de pila	Se verificó correcto funcionamiento del equipo	SI
-	Desconexión de cable de pila	Se verificó correcto funcionamiento del equipo	SI
-	Activación de alarma de agua	Se verificó correcto funcionamiento de la alarma	SI
-	Otro		
-	Otro		

En Mantenimiento	EQUILIBRIO	PRECISION	CORRECCION	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
	1409263	943	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
FIRMA MANTENIMIENTO														