



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 11/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-08-23
Remisión a: 192708
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea
No. Orden: []

Código Equipo: NN 413
Fecha Inicio: 12-08-23
Hora Inicio Labor: []
Fecha Fin: 14-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO []
FECHA INICIO AISLAMIENTO: []
FECHA FIN AISLAMIENTO: []

FECHA	TIPO DE PLAGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	RESPONSABLE

OTROS DATOS ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: []

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión		Pila		Flujo a 0"		REJILLAS				FILTROS	MASE
					(B-4)	(B-5)	(B-6)	(B-7)	(B-8)	(B-9)						
	6570	6.5	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genero Alarma		No	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		No					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: []

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	PROCTETOC DISPLAY	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre Fugativo)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - ES)	ES
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flejo o LED amarillo y SL-LI-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Desarmar manguera de salida de aire de condensar	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión		Pila		Flujo a 0"		REJILLAS				FILTROS	MASE
					(B-4)	(B-5)	(B-6)	(B-7)	(B-8)	(B-9)						
	6572	6.5	92.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FINIA MANTENIMIENTO	

Aprobando

[Signature]