



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 Código: OAD-MAN-FR-009  
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: 09-08-23 Remisión #: 192468 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-165219 Fecha Inicio: 09-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 15-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXION			SEÑALAS	FILTROS	BASE				
					(2-3)	(3-4)	(4-5)							
	00	6,3	76	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		Pureza baja a 89%												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno												
7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno SI Con Sobrecalentamiento NO												

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera tanque oxigeno	1		tarjeta principal	1
	Tamices	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LL - ES)	ES
2	Flujo Normal	Se verifica extinción de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LL-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tapeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alado	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXION			SEÑALAS	FILTROS	BASE				
					(2-3)	(3-4)	(4-5)							
	02	6,1	95,7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO														