ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 16-0823 | Remisión #: 19298 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-7743 | Fecha Inicio: 16-08-23 | Fecha Fin: 17-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

TOMAR REPORTADO POR OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	CAUSA	SOLUCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No

OBSERVACIONES AL MANTENIMIENTO PRECEDENTE

Mantenimiento	ELECTRO	CONEXION	MOTOR	TERMOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	PITOS	LUZ	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Si-No)	(E-T-P-O)	(80% - 90%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pito (Si-No)	Flujo E-T (OES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(Si-No)	
870067		94.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		mto

1. FUGAS: Presione la prueba | X

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. OBSERVACIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Pulsar | Si | Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Prueba Pito S.S. V		ok
	Prueba de Fugas	Se verifica condición visual de las fugas	Si
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
	Conexión mecánica		Si
	Prueba de alarma	Se verifica pantalla es audio o fuente	Si

Explicación de diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TAMIZES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Prueba (Cambio de elemento)	Se realiza cambio de elemento	ES
	Fugas	Se verifica condición visual de las fugas	Si
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
	Conexión mecánica		Si
	Activación de válvula de alivio	Se verifica activación de válvula de alivio	Si

Mantenimiento	ELECTRO	CONEXION	MOTOR	TERMOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	PITOS	LUZ	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Si-No)	(E-T-P-O)	(80% - 90%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pito (Si-No)	Flujo E-T (OES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(Si-No)	
870263931	Si	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: X

Powered by CamScanner