ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 16-0823 | Remision #: 192998 | Auxiliar Mantenimiento: 192998 Juan Diego Benavides | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3474B | Fecha Inicio: 16-08-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 17-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

ENTREGA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FECHA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO		FUE	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

EVALUACION DE CONCENTRADORES

En Mantenimiento	VOLTAJE	PRESION	CONSUMO	FRECUENCIA	PRUEBAS DE ALARMA			BOLLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(V-AC)	(6-7 PSI)	(90% - 99%)	(Si-No)	Descargando (Si-No)	Pita (Si-No)	Luces (LL-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(Si-No)	
12181	6.5	956	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO: Tiempos de Impresa | Control Alarma: No [X] Si [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: S [ ] N [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5 DATOS IDENTIFICADOS:

6 ESTADO DE LAS CONDICIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Si | Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Fuente Pila 5.5 V	Verifica vida útil de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión de alarma	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
	Otro		
	Otro		

Observaciones del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Fuente 0 (Cierre Hermetico)	Se verifica activación de alarmas (LL-LO-ES)	ES
2	Fuga Manual	Se verifica actuación de alarma visual (LED Rojo), (LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación de alarma sonora	Si
4	Desconexión línea de flujo	Desconectar la línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de aire	Observar manguera de salida de aire de compresor	Si
	Otro		
	Otro		

En Mantenimiento	VOLTAJE	PRESION	CONSUMO	FRECUENCIA	PRUEBAS DE ALARMA			BOLLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(V-AC)	(6-7 PSI)	(90% - 99%)	(Si-No)	Descargando (Si-No)	Pita (Si-No)	Luces (LL-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(Si-No)	
12188	6.6	96	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO:

Powered by CamScanner