	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
Oxiro		Código / Versión 2 / Fecha Actualización / Página 1 de 2

Fecha	16-0823	Remisión	192998	Auxiliar	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2386,B	Fecha Inicio	16-08-23	Hora Inicio		Fecha Fin	17-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

					PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (Si-No)	(Si-No)	(LS-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	(Si-No)	
2222	5	65	95,7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO						X	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	CONTROL DE TEMPERATURA		Si	Toca Sobrecalentamiento	No

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			ok
			Si
		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
			Si
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
	Otro		
	Otro		

Especificación del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	BASE	1		PILA	1
	MANGERA TAMIZES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Calibración	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre oxígeno)		Es
			Si
			Si
			Si
			Si
	Otro		

					PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	Flujo a 0				BASE	MANIJA		
2222	7	6	95,3	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [firma]