

Fecha Remisión: 12-08-23 Remisión #: 192708 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

**IDENTIFICACION DEL EQUIPO**  
 Código Equipo: 2018040000076 Fecha Inicio: 12-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 14-08-23

**EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA** SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** **FECHA FIN AISLAMIENTO**

DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. HISTORIC	SI	NO

**DETALLES ADICIONALES O AÑOS POR PACIENTE**

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (PSI - 7 PSI)	OXÍGENO (PPPM - 89%)	FLUJÓMETRO (LPM)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NA)	FILTROS (SI-NA)	BASE (SI-NA)	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS (SI-NA)	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NA)	Pila (SI-NA)	"Flujo a 0" (L-0-E)				BARRA (SI-NA)	MANEJA (SI-NA)		
					SI	SI	ES				SI	SI		
	11294	66	92	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	X	SI	Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		Pureza baja a 85%												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V.	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Switch	1		Filtro interno	1
	anillos	2		Tornillos	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de silbo	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (PSI - 7 PSI)	OXÍGENO (PPPM - 89%)	FLUJÓMETRO (LPM)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NA)	FILTROS (SI-NA)	BASE (SI-NA)	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS (SI-NA)	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NA)	Pila (SI-NA)	"Flujo a 0" (L-0-E)				BARRA (SI-NA)	MANEJA (SI-NA)		
					SI	SI	ES				SI	SI		
	11297	66	45.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Apobado
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>[Firma]</i>														