



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-008
Version: 2
Fecha Actualizacion: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha: 18-08-23 Emisión: 193190 Asesor Mantenedor: Juan Diego Benjumea No. Orden: _____
 Código Equip: NN-4117B Fecha Inicio: 18-08-23 Fecha Fin: 22-08-23

FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

VALORES ADICIONALES REQUISITOS Y EQUIPAMIENTO

CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
		SI	No
2706065959	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No

2. RUIDO EXTRAÑO: SI No 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
2	Prueba de Conexión	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
3	Prueba de Operación	Se verifica funcionamiento y operación del equipo	SI
4	Prueba de Alarmas	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit Anillos manguera a tanque oxig Pila	2		Filtro interno	1
		1		Filtro central	1

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión de tuberías (L4-L5)	ES
2	Prueba de Operación	Se verifica funcionamiento alarmas y sonido (L1-L2) (L3-L4) (L5-L6)	SI
3	Prueba de Conexión	Se verifican las conexiones eléctricas	SI
4	Prueba de Operación	Se verifica funcionamiento del equipo	SI
5	Prueba de Alarmas	Se verifica funcionamiento de alarma de alta presión	SI

CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
		SI	No
2706161958	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No
	SI	SI	No