

Fecha Mantenimiento: **22-08-23** | Remisión: **113356** | Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** | No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NN-17490** | Fecha Inicio: **22-08-23** | Hora Inicio Lab: _____ | Fecha Fin: **23-08-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

n Mantenimiento	MANTENIMIENTO	PRESION	CYCLADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexion	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mfo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		4												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI		Con Sobrecalentamiento		no			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Se verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexiones neumáticas del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifica conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica		SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
7	Otros		
8	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierra flujoómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	SI
3	Desconexion eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de flujo	Operación manual de válvula de flujo	SI
6	Otros		
7	Otros		

OBSERVACIONES

Aprobado

n Mantenimiento	MANTENIMIENTO	PRESION	CYCLADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	FIRMA MANTENIMIENTO
					Desconexion	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	J. Benjumea