OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-F-XXX
Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 17-08-23 | Remisión #: 193084 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-40318 | Fecha Inicio: 17-08-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 24-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: Si | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	CAUSA	SOLUCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REQUIERE CAMBIO	
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No

DETALLE ADICIONAL REPORTADO POR PACIENTE

Id Mantenimiento	Código Equipo	Revisión	Vigilancia	Fluxometro	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción (S-NO)	Pila (S-NO)	Pila (Días)	Pila (S-NO)	Base (S-NO)	Manija (S-NO)	Ruedas (S-NO)	OBSERVACIONES
	15033	6	91	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. RUIDO ANORMAL: Tipo de la prueba: | Sonido Alarma: No | X | Si

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Pureza baja a 85%.

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | CONTROL DE TEMPERATURA: Si | Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Pila	Se verifica el estado de la pila	OK
2	Fluxometro	Se verifica el funcionamiento del fluxometro	Si
3	Control electrico	Se verifica el funcionamiento del control	Si
4	Sensor de presion	Se verifica el funcionamiento del sensor	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma	Si
6	Otro		

Descripción del diagnostico del

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit Tornillos manguera a tanque oxi 1	1		Pila switch	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila (Bajo voltaje)	Se verifica el funcionamiento de la pila (Es)	Es
2	Pila	Se verifica el funcionamiento de la pila (Si-No) y (LOW)	Si
3	Fluxometro	Se verifica el funcionamiento del fluxometro	Si
4	Sensor de presion	Se verifica el funcionamiento del sensor	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma	Si
6	Otro		

Id Mantenimiento	Código Equipo	Revisión	Vigilancia	Fluxometro	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción (S-NO)	Pila (S-NO)	Pila (Días)	Pila (S-NO)	Base (S-NO)	Manija (S-NO)	Ruedas (S-NO)	OBSERVACIONES
	15039	6	95,6	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner