ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-009 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha | 18-08-23 | Remisión # | 193190 | Nombre Mantenimiento | Juan Diego Benjumea | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Código Equipo | NN-4261B | Fecha Inicio | 18-08-23 | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | 24-08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NO. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

| Horómetro | Flujómetro | Presión | Oxígeno | Humidificador | Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No) | Pruebas de alarma: Pila (Si-No) | Pruebas de alarma: Flujo a 3 LOPM | Rejillas | Filtros | Base | Código de barras: Base (Si-No) | Código de barras: Manija (Si-No) | Ruedas (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17230 | 6,6 | 93,9 | Si | Si | Si | Es | Si | Si | Si | Si | Si | Si | | mto |

| 1. Ciclado | | Tiempo de la prueba | | Sonido alarma | No | X | Si | | Cual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. Ruido extraño | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Pureza baja a 49%

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento | no |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Prueba Pila 3.5 V | Verificar estado de la pila | ok |
| | Prueba de fugas | Se verifica la presión neumática del equipo | Si |
| | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Si |
| | [illegible] | [illegible] | Si |
| | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Si |
| | Otro | | |
| | | | |

Descripción del diagnóstico identificado

| Código | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cable de poder | 1 | | TAMIZES | 2 |
| | MANGERA TAMIZES | 2 | | switch | 1 |
| | MANGERA TANQUE OXIGENO | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Prueba 0 (Cierre oxígeno) | Se verifica activación de alarmas (LL, LO, LS) | Es |
| | [illegible] | [illegible] | Si |
| | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Si |
| | Detección de línea [illegible] | [illegible] | Si |
| | [illegible] | [illegible] | Si |
| | | | |
| | | | |

| Horómetro | Flujómetro | Presión | Oxígeno | Humidificador | Pruebas de alarma: Desconexión | Pruebas de alarma: Pila | Pruebas de alarma: Flujo a 3 | Rejillas | Filtros | Base | Código de barras: Base | Código de barras: Manija | Ruedas | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17236 | 6,4 | 95,8 | Si | Si | Si | Es | Si | Si | Si | Si | Si | Si | | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]

Powered by CamScanner