ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Recibido: 22-08-23 | Remisión: 193356 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

Código Equipo: NN-4458B | Fecha Recibido: 22-08-23 | Fecha Fin: 24-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

													Si		No
													Si		No
													Si		No
													Si		No
													Si		No
													Si		No

DETALLES

															OBSERVACIONES
															Mto
9468	6,6	92,1	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si			

1. ... | Consideración: X

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS DIFERENTES: Pureza baja a 78%

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. DESCRIPCION DE TEMPERATURA: Si | Con Sobrecalentamiento: No

No.	Prueba	Descripción	Resultado
		Verificación	ok
		Se verifica	si
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	si
		Se verifica	si
	Prueba de alarma	Se verifica sonido en el equipo	si

Descripción del diagnóstico de ...

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	2		Pila	1

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Flujo 0 (Cierre de gomero)	Se verifica	Es
			si
			si
			si
			si

															OBSERVACIONES
															Aprobado
9474	6,3	95,6	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si			

FIRMA DE ATENDIMIENTO: [signature]