



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo GAD-MAN-FR-009
Versión 2 Fecha Actualización 11/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión 24-0823 Remisión # 195300 Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea No. Orden
Codigo Equipo NN-43188 Fecha Inicio 24-08-23 Hora Inicio Labor Fecha Fin 28-08-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Rows for FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPARO CAMBIADO.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo = 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes checkboxes for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for: 1. Estado Pila 5.5. V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma, 6. Otros.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows for: MANGERA BARRILLAS DESICIAS, MANGERA TAMIZES, MANGERA TANQUE OXIGENO, FILTRO INTERNO, PILA.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows for: 1. Flujo = 0 (Cierra flujómetro), 2. Flujo Máximo, 3. Desconexión eléctrica, 4. Desconexión tarjeta de flujo, 5. Activación de válvula de aire.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes 'Aprobado' stamp and 'FIRMA MANTENIMIENTO' signature.