OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Pagina 1 de 2

Fecha Remisión: 24-0823 | Remision #: 195300 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NR 37533 | Fecha Inicio: 24-08-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 29-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

REPORTADO POR EL OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	41092	64	94.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genero Alarma: No X Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento: No

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	Si
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Si
4	Continuidad electronica		Si
5	Prueba de alarma		Si
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA	2		FILTRO DE AIRE INTERNO	1
	MANGERA TAMIZES	2		ALARMA ZONDLA	1
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

PRUEBAS PARA VERIFICACION DE ALARMAS (AUDITIVA Y VISUAL)

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Fluio Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexion tarjeta de Fluj	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activacion de alarma Lo a Es	Obstruir manguera de salida de aire del concentrador	Si
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	41098	6	90.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	✓	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO:

Powered by CamScanner