OX Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAS-MAN-FR-009
Versión: 7	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha: 29-0823 | Remisión #: 193889 | Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN 4221B | Fecha Inicio: 29-08-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 29-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORMACIÓN REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REQUIERE CAMBIO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

Fecha Mantenimiento	Consumo (KW)	Voltaje (V)	Amperaje (A)	Frecuencia (Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión S.S.	Pila (S. NO)	Flujo a 0 (V o E)	REJILLA (Si-No)	FILTRO (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
23791	6.5	95.8	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	no

TIPOS DE PRUEBA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Si
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es ajuste a fuerte	Si
	Otro		
	Otro		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS DADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TAMIZES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE ALARMA (SONORA Y VISUAL) Y FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	Si
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	Si
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros		
7	Otros		

Fecha Mantenimiento	Consumo (KW)	Voltaje (V)	Amperaje (A)	Frecuencia (Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión S.S.	Pila (S. NO)	Flujo a 0 (V o E)	REJILLA (Si-No)	FILTRO (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
23792	6.3	96.1	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO:

Powered by CamScanner