OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-PE-028
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	1-1223	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AYUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NW-4664B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA / EQUIPO / REPARACION REQUERIDA

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. PLANTA	SUMINISTRO ANIMAL			
			FILTRO CENTRAL FALTANTE	1		Si		No	
			FILTRO LACTEAL FALTANTE	2		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DADAS POR CLIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	9911	65	80	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA-180

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	MANGUERA TAMIZES	1		TAMIZES	2
Kit	MANGUERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluidmetro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión conjunta de Flujo	Desconexión nivel oxidrico	SI
5	Activacion de valvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros		
7	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	9912	66	95-2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO