OXYPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 1-12-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JOVIER AYUDE/O | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-356 B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SOPORTE FOTOGRÁFICO (EVIDENCIA DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPUESTO			
			ACOPLE ROSCA TUBO HUMIFICADOR	1		SI		No
			PROTECTOR DISPLEY DESDASTE	1		SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No

ESTABLECIMIENTO DE DAÑOS POR GARANTÍA

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SELLOS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	39507	6.6	88	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Genero Alarma | No | | Si | | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo |

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA 88

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	MANGERA TAMIZES	1		TAMIZES	2
Kit	MANGERA TANQUE OXIGENO	1		FILTRO AIRE INTERNO	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LS-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta triac eléctrico	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SELLOS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
	39508	6.6	95	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

FIRMA MANTENIMIENTO: