



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: SAG-MAN-FR-003  
Versión: 3  
Fecha Actualización: 17/10/2018  
Página 1 de 1

Fecha Remisión: 1-12-23  
Revista: #  
Auxiliar Mantenimiento: JONICA AGUDELO  
No. Orden: #

Código Equipo: NN-4191B  
Fecha Inicio: #  
Hora Inicio Labor: #  
Fecha Fin: #

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJO: SI NO  
FECHA INICIO AISLAMIENTO: #  
FECHA FIN AISLAMIENTO: #

PRUEBA	TIPO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	RESULTADO	RECURSOS
			REMACHE bclcro	1	SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLE DE ADICIONALES ALERTEADOR POR FALLAS:

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MASA	CÓDIGO DE BARRAS			RUBROS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flejo a 3"				BARRA	MANA	BIARR		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
22946	6.6	952	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: # Generó Alarma: No

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena Malo

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: #

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: #

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con sobrecalentamiento: #

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Check:		
7	Check:		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas RL - LD - ES	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (SI-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de cierre	Operación y respuesta de sensores de flujo de control	SI
6	Check:		
7	Check:		
8	Check:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MASA	CÓDIGO DE BARRAS			RUBROS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flejo a 3"				BARRA	MANA	BIARR		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
22948	6.5	954	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FINA MANTENIMIENTO	