



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAS-MAN-FC-05
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/03/2015
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 1-12-23 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO No. Orden:

Código Equipo: NN-539 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE RLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI, NO. Row 1: ACOPLE ROSCA TUB HUMIFICADOR 1

DETALLE ADICIONAL DE DAÑO POR FALLA:

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUELLAS, PELTOS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 1658865 and 87.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, gas leaks, electrical connection, and alarm test.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes items like TARJETA DISPLAY 7F-5, TAMIZES, MANGERA TAMIZES, and MANGERA TAMBORES.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, gas leak, and electrical connection.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUELLAS, PELTOS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 1658966 and 952.