



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAS-MAN-FR-008
Versión 3
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 3

Fecha Recepción: 4-12-23 Revisión # Auxiliar Mantenimiento: JONICA HIGUERO No. Orden

Código Equipo: NN-3870B Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA (SI/NO), FECHA INICIO-RELANAMIENTO, FECHA FIN-RELANAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination status.

Main maintenance table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, CARGO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Fuga, Fuga a S), NEBLAS, FLETROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for equipment 1099866942.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', and 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: 54005 DE ENSAYADO 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre Subvaco)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de rojo', and 'Activación de señal de aviso'.

Summary table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, CARGO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, NEBLAS, FLETROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for equipment 1099965948.