OXIPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: 1-12-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER ARDILA | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN- 11993 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA PRINCIPAL CONCENTRADOR DE OXIGENO

FALLA	BUEN ESTADO	REABASTECIDO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	C. BUENO	C. DAÑADO				
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	

OBSERVACIONES POSIBLES DAÑOS POR TERCEROS:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (3 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5" Hg)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (1.5 Lts)	BURBUJAS (El - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	27436	6.6	848	SI	5'	5 V	25	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es igualo o fuerte	SI
6	Otros:		S
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
Kit	MANGUERA TAMIZES	1	TAMIZES		2
Kit	MANGUERA TANQUE OXIGENO	1	PILA		1
Kit	MANGUERA SALIDA DE SILICIOS	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Dame flujómetro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LE - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LE-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (3 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5" Hg)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (1.5 Lts)	BURBUJAS (El - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	27440	6.6	951	SI	5'	5 V	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	TOMA MANTENIMIENTO