



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAC-MAU/FX/208
 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2019
 Página 1 de 2

Fecha Revision: **5-12-23** Partición # _____ Asistir Mantenimiento: **JONICE BONDIELO** No. Orden _____

Código Equipo: **NN 1786B** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	UNIDAD	PLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUIDOS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			Fuga	"Fuga o B"	MUELLOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS					
					(1-10)	(11-20)	(21-30)						BASE (1-10)	MUJAS (11-20)			RUIDOS (21-30)	
	993066	66	898	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51				
1. CICLADO					Tiempo de la prueba					Generó Alarma					Si			
2. RUIDO EXTRAÑO					Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS					Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo
6. DAÑOS IDENTIFICADOS					PUPEZA 189													
8. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA					Buena	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO AIRE INTERNO	7		TAMIZES	2
	Kit MANGERA TAMIZES	7			
	Kit MANGERA UPLEVIAS DESICIAS	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Sujumato)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Admisión de vehículo de aire	Ocluir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	UNIDAD	PLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUIDOS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Fuga	"Fuga o B"	MUELLOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				
					(1-10)	(11-20)	(21-30)						BASE (1-10)	MUJAS (11-20)			RUIDOS (21-30)
	9934	66	951	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51			
FIRMA MANTENIMIENTO																	