



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 BAF-SAN-FE-03  
 Versión 3  
 Fecha Actualización: 17/10/2016  
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **5-12-23** Remisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: **Javier Aguayo** No. Orden: \_\_\_\_\_  
 Código Equipo: **MM-2542B** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	FECHA INICIO ABLANQUEO			FECHA FIN ABLANQUEO		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											OBSERVACIONES
					Desconexión			Fuga a 0"	BUJÍAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS			JUEGOS	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	16123	6.6	838	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO					Tiempo de la prueba			Genera Alarma		SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo		
5. DATOS IDENTIFICADOS																
<b>PUREZA 7.838</b>																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
7. CONTROL DE TEMPERATURA											Buena	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión remolilla del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	FILTRO de AIRE INTERNO	1		TAMICES	2
	Kit MANGERA TAMICES	1			
	Kit MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cama Sujineta)	Se verifica activación de alarma (L1 - L0 - E0)	SI
2	Fuga Maneta	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S2(L0-E0)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión torca de fugo	Desconexión inna siléptica	SI
5	Activación de sensor de nivel	Obtención mensaje de alarma de aire en compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											OBSERVACIONES
					Desconexión			Fuga a 0"	BUJÍAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS			JUEGOS	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	16127	6.5	951	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_