



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MM-FR-008
Versión 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 6-12-23 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: JORICO ADUPLIO No. Orden:

Código Equipo: MN-447213 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PROTECTOR DISPLAY DESHUMID		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)		Flujo a 0 (SI/NO)		BUZILLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)				ALARME (SI/NO)
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						
0880965951	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		General Alarma		No	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
7. CONTROL DE TEMPERATURA						Buena	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Examen Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Ciclos:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	TARJETA DISPLAY	1			
	FILTRO DE AIRE INTERNO	1			
	KIT MANGUERA TAMIZES	1			

No.	PRUEBA / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LLS-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Adiós de alarma sonora	SI
4	Desconexión rápida de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obtuseo manguera de salida de aire al "atrapador"	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)		Flujo a 0 (SI/NO)		BUZILLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)				ALARME (SI/NO)
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						
0880965950	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

FIRMA MANTENIMIENTO