



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAC-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6-12-23 Revisión: Auxiliar Mantenimiento: JONIER ADUVEIO No. Orden:

Código Equipo: NM-898B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLES BLASAS		SI	NO	FECHA INICIO AJUSTAMIENTO	FECHA FIN AJUSTAMIENTO	SI	NO
FILTRO CENTRAL FALTANTE						SI	No
PROTECTOR DISPLAY DESGASTE						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESION	CARGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERIAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS			BUBBLES	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	2357466	950	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No		Si		Cuel?					
3. RUIDO EXTRAÑO		SI No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUGAS EN VALBUJAS DE SICIOS FUGA EN MANGUERA HABIA REFINICACION													
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena				Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Ok:		
7	Ok:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO DE AIRE ITALIANO	1			
	Kit MANGUERA TAMBORES	1			
	Kit MANGUERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (SI - LO - EE)	SI
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LI-LS-EE)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obtención manguera de salida de aire en compresor	SI
6	Ok:		
7	Ok:		
8	Ok:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESION	CARGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERIAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS			BUBBLES	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	2357766	951	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO