



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAS-AM-PI-208
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/02/18
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 6-12-23 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: JONIERA ANDRÉO No. Orden:

Código Equipo: NN-9713 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'SI' and 'No' responses.

Main diagnostic table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, NEBLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado: FUGA en BARRERA de SICIOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists parts like 'KIT CABLE de poder', 'KIT MANGUERA TAPABUQUE OXÍGENO', 'KIT MANGUERA A TAMIZES', 'JUNTA HEMÁTICA ANILLOS', 'TORNILLO TAPA VIEJA'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo = 0 (Cierre Solenoid)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión lejana de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

Bottom diagnostic table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, NEBLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests.