

Fecha Revisión: 12-11-23 Remolón # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: **JONICA ARUDELO** No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NA-1540B** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	DAÑO	SEMANARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	URGENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Fuga		"Flujo a 0"					RELLAS	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	172886	695.6	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No		SI		Cual?						
3. RUIDO EXTRAÑO		SI NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Malo		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 2.2 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado a fuerte	
6	Chico		
7	Chico		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	SUMINIS DE MANTENIMIENTO	1			
	FILTRO INTERNO DE AIRE	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fujo a 0 (Cama Sujinada)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	SI
2	Fujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	SI
4	Desconexión lejana de flujo	Desconecta línea electrónica	SI
5	Activador de alarma ok man	Obtener mensaje de alarma de que se completó	SI
6	Chico		
7	Chico		
8	Chico		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	URGENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Fuga		"Flujo a 0"								RELLAS	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)									
	172996	595.6	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO			