ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 12-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONICA AGUDELO | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN- 47713 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASIF DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ULTIMA SECUENCIA EJECUCION DE SERVICIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	BOMBA (S1 - SO)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	18791	6.5	93.2	S1	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA -1.83

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	S1
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S1
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S1
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S1
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	S1
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit MANGERA TAMIZES	7		PILA	7
	Kit MANGERA DE OXIGENO	7		TAMIZES	2
	FILTRO de AIRE INTERNO	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluidmetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	S1
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	S1
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	S1
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión fina eléctrica	S1
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de suministro	S1
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	BOMBA (S1 - SO)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES	FIRMA MANTENIMIENTO
18191	6.5	95.1	S1	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1		