OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	12-11-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AYUDCIO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-366013	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTORNO REPORTADO O GENERADOR DE SERVICIO

FALTA	DAÑO	CAMBIO DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			FILTRO CENTRAL FALTANTE	1		SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	13527	65	95	3	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplimatic)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y LL-LO-ES)	SI
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	SI
4	Cortocircuito terjuela de flujo	Desconecta linea electrica	SI
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
	Otros:		
	Otros:		

	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
Al Mantenimiento (S)	13529	65	95	4	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO