ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAO-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	12-13-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Javier Azuero	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-70813	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO EN ORDEN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	O. SOPORTE					
			Remache Pop	7		SI		No		
						SI		No		
						SI		No		
						SI		No		
						SI		No		
						SI		No		
						SI		No		

DETALLES ADICIONALES DADOS POR TECNICO

SISTEMA DE CONCENTRACION

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LS ES)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	14674	6.6	94.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA Y. 84-5												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Mantenimiento								

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamices	2		Junta Hermetica Anillos	2

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL LS ES))	SI
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
2	Activación de válvula de alivio	Observar mangueras de salida no sea las comprimen	SI
7	Otros		
8	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LS ES)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	14688	16.4	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO