ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	[illegible]-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 12-13-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Javier Arnulfo | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-22603 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

INFORMA REPORTADO O OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLIENTE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	C. ASIGNADO	REQUIERE CAMBIO PIEZA	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PRUEBAS

En Mantenimiento	HIDROMETRO (N+)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 99%)	FLUJOMETRO (O-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (O-No)	Pila (O-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (O-No)	FILTROS (O-No)	BASE (O-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (O-NO)	MANIJA (O-NO)	RUEDAS (O-No)	OBSERVACIONES
	10274	6	951	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con falla (observaciones):

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es.aguto o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	CAPACITOR F.F-5-US FU	1			
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LO) Flujo a LED amarillo y (LL a O-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tanjuela de flujo	Desconexión fuse eléctrica	SI
4	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO (N+)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 99%)	FLUJOMETRO (O-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (O-No)	Pila (O-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (O-No)	FILTROS (O-No)	BASE (O-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (O-NO)	MANIJA (O-NO)	RUEDAS (O-No)	OBSERVACIONES
	10277	6.6	951	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENEDOR: | FIRMA