



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAC-MAN-PR-001  
Versión 2  
Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-14-23 Revisión # Auxiliar Mantenimiento: JONIER AROVEDO No. Orden

Código Equipo Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO ABLANQUEO	FECHA FIN ABLANQUEO	
				SI	NO
ACOPLE ROSCA TUBO HUMIFICADOR			1	SI	No
REJILLA CENTRAL DESGASTE			7	SI	No
PROTECTOR DISPLAY DESGASTE			1	SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							HUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			REJILLAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			Flujo a V		BASE (M-SE)	MANGA (M-SE)				(S-M)				
					(M)	(S)	(E)	(M)	(S)										
2672866	95.1	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	Tempo de la prueba	Generó Alarma	No	SI	Qual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	KIT TANQUES	1			
	KIT TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
	Flujo + D (Clara fugames)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E1)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
4	Activación de señal de alarm	Ocultar manguera de salida de aire al operador	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							HUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			REJILLAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			Flujo a V		BASE (M-SE)	MANGA (M-SE)				(S-M)				
					(M)	(S)	(E)	(M)	(S)										
2672964	94.8	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PLATA MANTENIMIENTO	