

Fecha Revisada	12-15-23	Revisado #		Auxiliar Mantenimiento	Jonier Aguilar	No. Orden	
----------------	----------	------------	--	------------------------	----------------	-----------	--

Codigo Equipo	M1-9043	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	
---------------	---------	--------------	--	-------------------	--	-----------	--

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLUJO	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO			

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					DESCONEXIÓN			"Flujo a 0"	SILENCIOS						SILENCIO	SILENCIO
					SI/NO	SI/NO	SI/NO		SI/NO	SI/NO	SI/NO					
20525166	9516	9516	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	SI	Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: MANTENIMIENTO GENERAL																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA					Bueno	Con sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.3 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: **MANTENIMIENTO GENERAL**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Carga Suplement)	Se verifica activación de alarma SL - LD - ES	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma Visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (SL-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Ajustación de válvula de aire	Obtinar manguera de aire de aire en compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					DESCONEXIÓN			"Flujo a 0"	SILENCIOS						SILENCIO	SILENCIO
					SI/NO	SI/NO	SI/NO		SI/NO	SI/NO	SI/NO					
20531649	9516	9516	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
FIRMA MANTENIMIENTO																