ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAS-MAN-FR-500
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 3

Fecha Remisión	12-15-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONICA AGUDELO	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-1947B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 3"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(hrs)	(8-7 PSI)	(93% - 99%)	(5l/min)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-DS)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI - 400)	(SI - 410)	(SI-No)	
	12323.66	9519	51	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CEILADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA	1		Kit TAMIZES	1
	FILTRO INTERNO AIRE	1		Kit TANQUE OXIGENO	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clarke flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión Sensor de Flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida con dedo de cualquiera	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 3"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(hrs)	(8-7 PSI)	(93% - 99%)	(5l/min)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-DS)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI - 400)	(SI - 410)	(SI-No)	
	12326.495		SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO