



OXIPRO SAS

EQUIPO: CONCENTRADOR PORTATIL		SERIE: 230225875	Batería numero de serie : B1230525030
MARCA - MODELO:		KONGON- P2-E	FECHA DE INGRESO: 22/12/2023
VERIFICACION A CARGO DE: CAMILO ADNRES MARTINEZ			

INGRESO

FECHA		22/12/2023			
Mal Estado:	Si _No X	Rayones	Si _ NoX_	Fisuras o golpes	Si _NoX

REVISIÓN FUNCIONAMIENTO

Encendido normal:	Si X No_	Alarmas normales	Si X No_
-------------------	----------	------------------	----------

PRUEBAS

Saturación %:	96%	Batería buen estado	SiX No _	Compresor funciona	Si XNo_
---------------	-----	---------------------	----------	--------------------	---------

* Saturacion por debajo de 90% a 3LPM deberá necesitar recarga tamiz

ACCESORIOS Y ESTADO FISICO DEL SUS PARTES

cargador corriente, cargador automóvil, maletín canguro, correa canguro y bacteria, todos los elementosen buen estado, originales y nuevos

DIAGNÓSTICO

se realiza verificación de equipo proveniente de shalom como nuevo.

PRUEBAS DE VERIFICACION	PASA	OBSERVACIONES
modo 5	Si XNo	95%
modo 4	Si XNo	95.5%
modo 3	Si XNo	96%
modo 2	Si XNo	96%
modo 1	Si XNo	96.3%

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



Realizo	CAMILO ANDRES MARTINEZ	Reviso	
Cargo	JEFE INFRA. BIOMEDICA	Cargo	
Fecha	22-12-2023	Fecha	
Firma	<i>Camilo Andres Martinez</i>		