ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GADAMAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	26-12-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Jonier Arguello	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	4214	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

PARTE	SUBPARTE	CLASE SUBPARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPUESTO	REPUESTO ENTREGADO			
			Filtro Central	1		Si		No	
			Filtro lateral	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DE CAMBIO POR RADICADO

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (85% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MD)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	4307	65	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena				Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO de AIRE TUTELANO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L8 - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de valvula de aire	Obtener manguera de salida de aire es comprimir	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (85% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MD)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	4308	64	96.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO