ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OAC-MAN-FR-008
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 29-12-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN EQUIPO

Codigo Equipo: NN-955B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

INFORMACIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN DE SERVICIO

PARTE	CLASE	CLASE CABLE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO	GARANTÍA	
			REJILLA CENTRAL DESGASTE	1		SI	NO
			FILTRO CENTRAL	1		SI	NO
			FILTRO LATERAL DESGASTE	2		SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLE FUNCIONALIDADES Y/O INCIDENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-EO)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (51 - 100)	BANDA (50 - 100)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	22960	66	948	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	31	SI	

1. CICLAGO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.E. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	SUMINISTRO de ENSEMBLE	1		FILTRO INTERNO	1
	Kit TAMIZES	1		PILA	1
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activacion de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	SI
7	Otros:		
8	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-EO)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (51 - 100)	BANDA (50 - 100)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	22965	65	948	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: