

Fecha Recepción: **29-12-23** Recepción #: **1** ASISTENTE Mantenimiento: **JONIER ADUQUELO** No. Orden: **1**

Código Equipo: **UH-3306B** Fecha Inicio: **29-12-23** Hora Inicio Labor: **08:00** Fecha Fin: **29-12-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

PLUGUINACION AL PUNTO DE PORTADORA

Código de Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo a 0"	BUZILLAS	FILTROS	BASE	BASE	BARRAS			RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)									
950066	948	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	SI	Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Malas					
3. DATOS IDENTIFICADOS		LIMPIEZA GENERAL														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 2.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre fugas)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - E5)	SI
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0E2))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activar alarma sonora	SI
4	Desconexión ajuste de rojo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de alarma de otros	Ofertar manguera de salida de aire de conectarse	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Código de Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo a 0"	BUZILLAS	FILTROS	BASE	BASE	BARRAS			RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)									
950265	951	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		PRIMA MANTENIMIENTO		