ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión	29-12-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JAVIER ARUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2770B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALTA	SOBRANTE	SOBRANTE	DESCRIPCION	CONTADOR	FORMATO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DADAS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO [Hrs]	PRESIÓN [5 - 7 PSI]	OXIGENO [90% - 96%]	FLUJOMETRO [5l-6m]	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión [5l-6m]	PRUEBAS DE ALARMA: Fila [5l-6m]	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" [LO-ES]	REJILLAS [5l-6m]	FILTROS [5l-6m]	BASE [5l-6m]	CODIGO DE BARRAS: BASE [5l-6m]	CODIGO DE BARRAS: MANIJA [5l-6m]	RUEDAS [5l-6m]	OBSERVACIONES
	15296	65	94%	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	SUMINISTRO DE ENSEMBLE	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO [Hrs]	PRESIÓN [5 - 7 PSI]	OXIGENO [90% - 96%]	FLUJOMETRO [5l-6m]	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión [5l-6m]	PRUEBAS DE ALARMA: Fila [5l-6m]	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" [LO-ES]	REJILLAS [5l-6m]	FILTROS [5l-6m]	BASE [5l-6m]	CODIGO DE BARRAS: BASE [5l-6m]	CODIGO DE BARRAS: MANIJA [5l-6m]	RUEDAS [5l-6m]	OBSERVACIONES
	15296	65	94%	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO