ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxiPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/11/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	22-02-23	Remisión #	179618	Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1267B	Fecha Inicio	22-02-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	22-02-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No

Hr. en Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL	RUEDAS	OBSERVACIONES
3463363	93,1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si			MTO

1. OXÍGENO	Tiempo de la prueba		Genera alarma	No	X	Si		Cuál?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: No sube flujometro, 88%

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Equipo Pila 5,5 V	Verificar voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión neumática	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Acople Plastico	1		Tamices	2
	Cambio filtro interno	1			
	kit mangueras y valvula	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Pila fallando	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Hr. en Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL	RUEDAS	OBSERVACIONES
3464163		94	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [firma]