OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: [illegible] Versión: [illegible] Fecha actualización: [illegible] Página 1 de 2

Fecha Remisión	1-07 223	Remisión #	189723	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Codigo Equipo	NY 2483	Fecha Inicio	01-07-23			Fecha Fin	01-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo = 0"				CODIGO DE SARNAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	17983	6.6	94.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba				X		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Alarma dañada						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE [illegible]		Si	[illegible]	no	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	[illegible]	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	[illegible]	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de equipo y fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	ALARMA SONORA	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	[illegible]	ES
2	Flujo Maximo	[illegible]	Si
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	Si
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo = 0"				CODIGO DE		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 96%)	(0-6lts)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)							Aprobado
	19986	6,1	93,9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA [illegible]