

Fecha Recepción	29/06/23	Remisión #	189546	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
-----------------	----------	------------	--------	------------------------	---------------------	-----------	--

Codigo Equipo	NU-33088	Fecha Inicio	01-07-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	01-07-23
---------------	----------	--------------	----------	-------------------	--	-----------	----------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	CONTAMINADO	REPORTE	REPOSICIÓN

En Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA				REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO				Desconexión					RUIDO		
								20-25	25-30	30-35			20-25	25-30	30-35
33982639.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	auto			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No	X	SI	Cum?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Filtro Interno	1		Tamices	2
	Manguera Tongue de Oz	2			
	Mandriera analizador de Oz	1			

No.	Prueba / Observación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E2)	ES
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-L0-E1)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA				REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO				Desconexión					RUIDO		
								20-25	25-30	30-35			20-25	25-30	30-35
33982639.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO			
FIRMA MANTENIMIENTO															