



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Modelo: GADAMAS FRODO
Versión: 1.0
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 04-07-23 Revisado: 189790 Autor: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equip: NN-3878B Fecha: 04-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA FIN ABLAMIENTO	FECHA FIN ABLAMIENTO
Acepte rosca a tubo humidificador 1				

INDICADOR	PRUEBAS DE ALARMA				SISTEMA DE ALARMA				OBSERVACIONES
	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	
193767934	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

2. RUIDO EXTRAÑO: No. X 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X

1. DAÑOS VISIBLES: Ruedas oxidadas

3. ESTADO DE LAS CONDICIONES: Bueno Si no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba de fuga	Se verifica ausencia de fugas de refrigerante	OK
2	Control eléctrico	Se verifica funcionamiento normal de los controles eléctricos	Si
3	Prueba de vibración	Se verifica ausencia de vibraciones excesivas	Si
4	Prueba de ruidos	Se verifica ausencia de ruidos excesivos	Si

DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.
ARDELAS	4	MANGUERAS	2
TORNILLOS	4	MANGERA	1
Rueda	1	Tamices	2

PRUEBAS DE ALARMA	SI	NO	FECHA FIN ABLAMIENTO	FECHA FIN ABLAMIENTO
194267964	SI	SI	SI	SI

Aprobado
[Signature]