

Fecha Revisión: **30-06-23** Remisión #: **189599** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden: _____

Código Equipo: **NN-3863B** Fecha Inicio: **30-06-23** Hora Inicio: _____ Fecha Fin: **30-06-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REQUISITO CAMBIO
Acople rosca a tubo humidificador 1						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE FALLAS			OBSERVACIONES								
					Desconexión (SI/NO)	No (SI/NO)	"Fuga" (SI/NO)	AL-1 (SI/NO)	AL-2 (SI/NO)	AL-3 (SI/NO)		AL-4 (SI/NO)	AL-5 (SI/NO)	AL-6 (SI/NO)					
	20583	6.3	92.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Mto						
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Sensibilidad		No		X		SI		Mto							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI No		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		X		Mto	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		Baja pureza, alarma amarilla																	
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			5. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Detector de Fugas		NO						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Se verifica estado de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica ausencia de fugas de aire	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión eléctrica	Se verifica estado de las conexiones eléctricas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica estado de la alarma a través	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	USO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Capacitor	1		famices	2
	Anillos	2		Filtro de aire	1
	Orinas	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica actuación de alarma (AL-1) (SI/NO)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica actuación de alarma (AL-2) (SI/NO) (SI/NO)	SI
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma (SI/NO)	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Actuación alarma (SI/NO)	SI
5	Adición de válvula de cierre	Actuación alarma (SI/NO) (SI/NO)	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE FALLAS			OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI/NO)	No (SI/NO)	"Fuga" (SI/NO)	AL-1 (SI/NO)	AL-2 (SI/NO)	AL-3 (SI/NO)		AL-4 (SI/NO)	AL-5 (SI/NO)
	20587	6.2	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado y [Signature]