OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version 3	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Pagina 1 de 2

Fecha Remisión	27/06/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-1470M	Fecha Inicio	27/06/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(87% - 95%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)							
	22338	6.6	60.3	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba				X			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo					

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Equipo con Alarma LO, se cambiaron Mangueras, se revisó compresor con anillos en buen Estado.

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES:

7. CONTROL DE TEMPERATURA:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V		ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica		Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit valvula de actos Mang	4		tamices	2
	Kit. Mangueras tanque O_2	2			
	Filtro de Sonorizacion	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		Es
2	Flujo Maximo		Si
3	Desconexión eléctrica		Si
4	Desconexión tarjeta de flujo		Si
5	Activación de válvula de alivio		Si
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(87% - 95%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)							Aprobado
	22342	6.5	94.9	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA: [signature]