| OXIPro | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO | |
|---|---|---|---|
| | | Codigo | GAD-MAN-FR-008 |
| | | Versión: 3 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | | Página 1 de 2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Remisión | 30-06-223 | Remisión # | 189599 | Auxiliar Mantenimiento | Juan Diego Benjumea | No. Orden | |
| Codigo Equipo | WN 4645 B | Fecha Inicio | 30-06-23 | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | 30-06-23 |
| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | Si | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO | |

| FECHA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | Acople rosca a tubo humidificador | 1 | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | SUAIS | CODIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hrs) | (5-7 PSI) | (90% - 99%) | (50-60L) | Desconexión (50-60) | Pila (50-60) | "Flujo a 0" (LO-ES) | (Si - No) | (Si - No) | (Si - No) | (MAX (50 - 100)) | (MINIM (50 - 100)) | (Si-No) | |
| | 0000 | 6.7 | 95.5 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | mto |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? | | | | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | Baja concentración, se cambia tarjeta principal y tamices | | | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | no | | | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | OK |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | Si |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Si |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Si |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| | |
|---|---|
| Descripcion del diagnóstico identificado | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | TARJETA PRICIPAL | 1 | | | |
| | FILTRO DE AIRE INTERNO | 1 | | | |
| | TAMIZES | 2 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | Si |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Si |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | Si |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |
| 9 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | SUAIS | CODIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hrs) | (5-7 PSI) | (90% - 99%) | (50-60L) | Desconexión (50-60) | Pila (50-60) | "Flujo a 0" (LO-ES) | (Si - No) | (Si - No) | (Si - No) | (MAX (50 - 100)) | (MINIM (50 - 100)) | (Si-No) | Aprobado |
| | 06 | 7 | 95,3 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | FIRMA MANTENIMIENTO |