



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MAN-FR-003  
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/03/2016  
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 05-07-23 Remisión a: 189888 Auditor Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: 7FSAB2019020348 Fecha Inicio: 05-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 05-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DARO	CLASE DARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPLUESTO CAMBIADO
			Acople rosca a tubo humidificador	1	SI	NO
			Filtro externo lateral	1	SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTRO	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Documentación (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)		
13115	6.4	94.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mt

1. CICLADO Tiempo de la prueba Genero Alarma No X Si Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO Si No X 3. ESTADO DE MANGUERAS Buenas X Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno X Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS  
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES Bueno T. CONTROL DE TEMPERATURA Buena Si Con Subreservorio no

LISTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V.	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro de aire interno	1			

PRUEBAS DE ACTUACION PARA VERIFICACION DE LOS FABRICANTES Y/O USUARIOS EN CONFORMIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cero Neumático)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - ES)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma actual y sonora (LED rojo o LED amarillo y (LL-LI-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Operar intercambio de salida de aire de consumo	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTRO	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Documentación (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)		
13118	6.3	95.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Firma Mantenimiento