ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 05-07-23 | Remisión #: 189888 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-173B | Fecha Inicio: 05-07-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 05-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LI-LO-ES)	REJILLAS (5l - No)	FILTROS (5l - No)	BASE (5l - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - NO)	RUEDAS (5l-No)	OBSERVACIONES
	25505	7,1	93,6	si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. OCLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No.	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	no	

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera a tanque de oxigeno	1		Tamices	2
	Manguera a refrigeracion	1			

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LI - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activacion alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

MANTENIMIENTO FINAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LI-LO-ES)	REJILLAS (5l - No)	FILTROS (5l - No)	BASE (5l - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - NO)	RUEDAS (5l-No)	OBSERVACIONES
	25311	6,8	96,4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: